

**中國醫藥大學附設醫院(CMUH)**  
**心導管塗藥支架自付差額同意書**

病人\_\_\_\_\_病歷號碼\_\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

※自付差額同意使用及相關說明：

- 1.立同意書人係全民健康保險對象，因醫療需要且符合健保局已納入給付同類特殊材料之適應症及使用規範，業經 貴院\_\_\_\_\_醫師詳細說明並充分瞭解後，自願使用較昂貴且未納入全民健康保險給付範圍之特殊材料。為減少保險對象之負擔，由健保局按已納入給付同類特殊材料之支付金額支付，其餘差額同意由立同意書人負擔。若因本身狀況變化或其他不可抗拒因素，且無法歸責於醫院而必須中止療程時，本人同意支付費用。
- 2.另若檢查後確認未執行本項處置或未使用本項材料，則本同意書自動作廢。
- 3.自費醫療用品相關說明：

特材品名	特材代碼	產品規格及廠牌	醫院單價 A	健保支付價 X	醫院總價 C=A*B	數量 B	保險對象負擔費用 =C-(X*B)
<input type="checkbox"/> 2AF233/2AF283 北極峰進階心臟 冷凍消融導管	1809791 CXE052AF23M4 衛部醫器輸字 第 025950 號	美敦力	216000	70200	21600	1	145800

註：依據全民健康保險法第 39 條第 12 款：「其他經主管機關公告不給付之診療服務及藥品之費用，不在本保險給付範圍」之規定辦理。

此致

中國醫藥大學附設醫院(CMUH)

醫師簽名：

立同意書人簽名：

## 中國醫藥大學附設醫院 (CMUH)

# 「美敦力」北極峰進階心臟冷凍消融導管」自費說明書

這份說明書是說明有關您即將接受的自費或自費差額項目的相關內容，可做為您與醫師討論的補充資料，麻煩您仔細閱讀，如果您有任何疑問，請務必再與您的醫師討論，醫師很樂意再次為您說明，讓我們一起為您的健康努力。

### 自費(差額)特材名稱：

”美敦力”北極峰進階心臟冷凍消融導管 ”MEDTRONIC”Arctic Front Advance Cardiac CryoAblation Catheter

### 自費(差額)特材金額：

價格依型號不同而異，金額詳見同意書。

### 產品特性：

- 本產品以冷凍能量來源治療心律不整，其獨特的氣球形狀設計更能配合病人病灶，達到充分貼合組織以更快且更有效率的方式治療心房顫動。
- 冷卻劑平均注入氣球導管前半部，液態冷卻劑一從注射管路釋出後便會揮發。當液體揮發時，它會吸收導管冷卻部分周圍組織的熱量，能快速有效的將造成心房顫動之肺靜脈電訊號隔絕以回復病患正常心跳。

### 使用原因(含不符合健保給付規定原因)及適應症：

本產品為健保部分給付之品項。產品適用於治療陣發性心房纖維顫動 (paroxysmal atrial fibrillation, PAF)

### 可能副作用：

導管冷凍消融手術可能引發的不良事件，包括但不限於下列狀況：

- 貧血
- 疲勞
- 焦慮
- 發燒
- 心房撲動
- 頭痛
- 背痛
- 咳血
- 穿刺部位出血
- 低血壓、高血壓
- 視力模糊
- 頭昏
- 緩脈
- 心肌梗塞
- 支氣管炎
- 噁心 / 嘔吐
- 瘀傷
- 神經損傷
- 心包填塞
- 心包積液
- 心肺停止
- 肺靜脈狹窄
- 腦血管意外
- 顫抖
- 胸部不適、胸痛、胸悶
- 呼吸急促

- 冷感
- 咳嗽
- 死亡
- 腹瀉
- 眩暈
- 食道損傷（包括心房食道瘻管）
- 喉嚨痛
- 心博過速
- 短暫性腦缺血發作(TIA)
- 泌尿道感染
- 血管迷走神經反應(Vasovagal reaction)
- 視力改變

**與健保(已)給付品項之療效比較(或替代選擇)說明：**

- 本產品以冷凍能量來源治療心律不整，其獨特的氣球形狀設計更能配合病人病灶，達到充分貼合組織以更快且更有效率的方式治療心房顫動。
- 平均肺靜脈隔離手術時間較短，能夠減少 X 光透視時間。

中國醫藥大學附設醫院心臟血管系 敬啟